

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	广口试剂瓶, 125ml, 透明, HDPE, 无菌			产品货号	GE02-0125S
包装规格	50 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	20230712
生产日期	2023. 07. 12	有效期至	2026. 07	检验日期	2023. 07. 13
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 07. 13
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	黑点 $\leq 0.2\text{mm}^2$, 同侧面黑点 ≤ 2 个			符合规定
		无油污, 无异色			符合规定
		无裂痕/拉伤, 无划伤			符合规定
		无色差、无气泡/穿孔			符合规定
		无缩水/变形, 无缺料			符合规定
		浇口/毛刺 $\leq 0.3\text{mm}$ 。			符合规定
2	尺寸	符合图纸规格			符合规定
3	密封试验	抽空-70kpa~-90Kpa, 3 分钟不渗漏			符合规定
4	包装规格	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
5	RNase 实验	《RNase 污染检测规范书》			符合规定
6	DNase 实验	《DNase 污染检测规范书》			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		建诺为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 检验: 王欣新		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2023. 07. 13
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023. 07. 13	日期:	2023. 07. 13
http://www.genever-bio.com					