

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	微量离心管, 1.5ml, 锥形底, 无菌			产品货号	GC01-0015-S
包装规格	500 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	230317017
生产日期	2023.03.17	有效期至	2026.03	检验日期	2023.03.18
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.03.18
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等			符合规定
2	尺寸	符合图纸规格			符合规定
3	印刷	印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影			符合规定
		印刷牢固, 3M 胶带粘贴 3 次无脱墨			符合规定
4	亲水性	TC 处理后, 测量接触角			符合规定
5	离心力	符合 SIP 规定离心力值			符合规定
6	密封性测试	抽真空 -30kpa [~] -29kpa, 3 分钟不渗漏			符合规定
7	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
8	灭菌	辐照标签呈红色, 有《辐照证明》			符合规定
9	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合规定
10	Rnase 检测	《核酸酶检验规范》			符合规定
11	Dnase 检测	《核酸酶检验规范》			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		建诺为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 检验: 王欣新		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2023.03.18
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2023.03.18	日期:	2023.03.18
http://www.genever-bio.com					