

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	细胞培养板, 24孔, 平底, 表面未处理, 无菌	产品货号	GS01-0024N		
包装规格	1个/袋, 50袋/箱	生产批号	231214001		
生产日期	2023.12.14	有效期至	2026.12	检验日期	2023.12.15
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.12.15
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	产品表面不可有黑点、气泡、拉痕、破损、变形等不良缺陷。			符合规定
2	尺寸	符合图纸规格			符合规定
3	接触角	接触角 $\leq 60^\circ$ 。			符合规定
4	细胞培养检测	细胞培养后, 细胞贴壁状态良好, 形态良好。			符合规定
5	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
6	灭菌	产品应无菌(核查辐照证明)。			符合规定
7	内毒素	内毒素 $\leq 0.1\text{EU/mL}$ 。			符合规定
8	核酸酶检验	阳性对照: 条带有拖尾、条带不全或无条带;			符合规定
		阴性对照: 条带清晰可见、无拖尾。			符合规定
		测试品: 条带清晰可见、无拖尾。			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房A栋				确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				检验:	王欣新
固定电话: (+86) 0523-86266686				日期:	2023.12.15
http://www.genever-bio.com				日期:	2023.12.15