

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

品名	滤芯吸头, 1000ul, 盒装, 无菌			产品货号	GTF-1000-S
包装规格	96 支/盒, 50 盒/箱			生产批号	210922016
生产日期	2021.09.22	有效期至	2024.09	检验日期	2021.09.23
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2021.09.23
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	注塑卡尺寸	开口内径: 7.11mm			符合规定
		小口内径: 0.5mm			符合规定
		长度: 78.31mm			符合规定
		滤芯位置(距开口): 16.55mm			符合规定
		滤芯尺寸: 5.72(直径) mm*1.09(厚度)mm			符合规定
4	容量	1000ul ± 1			符合规定
5	菌落、热原	无菌, 无热原			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		建诺为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 检验: 王欣新		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2021.09.23
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2021.09.23	日期:	2021.09.23
http://www.genever-bio.com					