

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	方形培养基瓶, 500ml, PETG, 无菌			产品货号	GH02-0500	
包装规格	24个/袋, 2袋/箱			生产批号	220820042	
生产日期	2022.08.20	有效期至	2025.08	检验日期	2022.08.21	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022.08.21	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	瓶身表面光滑, 无划痕或碰伤			符合规定	
		刻度线清晰完整, 无缺失和模糊不清			符合规定	
		瓶口孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定	
		包装袋内无杂物或其他杂质			符合规定	
2	刻度	培养基瓶容量刻度误差范围: $\pm 0.5\text{ml}$			符合规定	
3	透明度	瓶身及瓶盖应光洁, 应无其他杂质, 应能保证清晰的观察到容器内的物质			符合规定	
4	尺寸	尺寸符合图纸要求			符合规定	
5	包装	外箱整洁, 包装数量准确, 内包装无破损			符合规定	
		标识正确, 清晰, 标签位置符合要求			符合规定	
6	无菌	培养基瓶检测应为无菌, 应为阴性			符合规定	
7	内毒素检测	内毒素含量检测标准: $< 0.06\text{EU/ml}$			符合规定	
8	极端环境监测	56°C水浴 30min 瓶体无异样			符合规定	
		-40°C过夜瓶体无异样			符合规定	
结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房A栋		质检专用章 王欣新			确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					日期:	2022.08.21
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						