

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	三角细胞摇瓶, 1000ml, 透气盖, PC, 无菌			产品货号	GF01-1000		
包装规格	1个/袋, 12袋/箱			生产批号	230901004		
生产日期	2023.09.01	有效期至	2026.08	检验日期	2023.09.02		
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.09.02		
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	表面光泽、不变形、无黑点、裂痕、料花、杂料、油污、手印、气泡、飞边、等。			符合规定		
2	尺寸	符合图纸规格			符合规定		
3	密封性	负压 50Kpa, 保压 3min, 无渗漏。			符合规定		
4	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定		
5	灭菌	辐照标签呈红色。			符合规定		
6	内毒素	内毒素 \leq 0.1EU/mL。			符合规定		
7	体外细胞毒性	应符合 0 级要求			符合规定		
8	DNA 酶检测	应无 DNA 酶			符合规定		
9	RNA 酶检测	应无 RNA 酶			符合规定		
10	细胞培养	细胞状态良好, 形态良好			符合规定		
结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				检验:	王欣新	确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2023.09.02	日期:	2023.09.02
固定电话: (+86) 0523-86266686							
http://www.genever-bio.com							