


建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

品名	离心管, 50ml, 锥形底, 袋装, 无菌	产品货号	GC01-0500		
包装规格	25 个/袋, 20 袋/箱	生产批号	20112102		
生产日期	2020. 11. 21	有效期至	2027. 01	检验日期	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	
				2020. 11. 22	
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差		符合规定	
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡		符合规定	
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺		符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象		符合规定	
		无变形		符合规定	
3	注塑卡尺寸	管壁厚度: 1.20mm±0.01		符合规定	
7	重量	部件重量: 12.80276		符合规定	
8		起始重量: 12.79439		符合规定	
9		最终重量: 12.88105		符合规定	
10	离心力	9000g		符合规定	
11	机理环境	无菌, 无热原		符合规定	
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				检验:	王欣新
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2020. 11. 22	日期:	2020. 11. 22
http://www.genever-bio.com					