

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

品名	离心管, 50ml, 锥形底, 袋装, 无菌			产品货号	GC01-0500
包装规格	25 个/袋, 20 袋/箱			生产批号	240108002
生产日期	2024.01.08	有效期至	2027.01	检验日期	2024.01.09
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.01.09
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	注塑卡尺寸	管壁厚度: 1.20mm±0.01			符合规定
7	重量	部件重量: 12.80276			符合规定
8		起始重量: 12.79439			符合规定
9		最终重量: 12.88105			符合规定
10	离心力	9000g			符合规定
11	机理环境	无菌, 无热原			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		建诺为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 检验: 王欣新		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2024.01.09
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2024.01.09	日期:	2024.01.09
http://www.genever-bio.com					