

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	透明吸头, 1250ul, 袋装			产品货号	GT-1250	
包装规格	1000 只/袋, 10 袋/箱			生产批号	230607005	
生产日期	2023.06.07	有效期至	2026.06	检验日期	2023.06.08	
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.06.08	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定	
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定	
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定	
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定	
		无变形			符合规定	
3	注塑卡尺寸	开口内径: 7.20mm			符合规定	
		小口内径: 0.5mm			符合规定	
		长度: 102mm			符合规定	
4	容量	1250ul ± 1			符合规定	
结论		合格				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋				检验: 王欣新		确认: 张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期: 2023.06.08		日期: 2023.06.08
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						