文件编号：JNW-QD-QR-5002 版本 A01

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	巴氏吸管，3ml，独立包装，无菌			产品货号	GP02-1003
包装规格	100 支/袋，5 袋/箱			生产批号	221103001
生产日期	2022.11.01	有效期至	2026.10	检验日期	2022.11.02
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022.11.03

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定
		光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡	符合规定
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺	符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	符合规定
3	无菌保证等级（SAL）	10^-4	符合规定
4	容量	3ml±0.1	符合规定
结论		合 格	

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王欣新	确认人：	张相平
咨询热线：(+86) 400-996-8872				
固定电话：(+86) 0523-86266686	日期：	2022.11.03	日期：	2022.11.03
http://www.genever-bio.com				