

建诺为生物技术(江苏)有限公司

产品质量检验报告

品名	可立冻存管, 4.5ml, 外旋, 无菌			产品货号	GD01-0050
包装规格	100 支/袋, 20 袋/箱			生产批号	220721013
生产日期	2022.07.20	有效期至	2025.07	检验日期	2022.07.20
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022.07.21
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		刻度印刷、书写区印刷干净整洁			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂现象			符合规定
		无变形。			符合规定
		密封效果			符合规定
3	温度	通过-196℃低温测试, 且无明显损伤			符合规定
4	尺寸	符合图纸尺寸			符合规定
5	容量	4.5ml			符合规定
6	机理环境	无菌, 无酶, 无热原			符合规定
结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验:  王军		确认:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872				日期:	2023.07.21
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					