

建诺为生物技术(江苏)有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	广口试剂瓶, 250ml, 透明, PP			产品货号	GE01-02-0250
包装规格	10个/袋, 10袋/箱			生产批号	240827001
生产日期	2024.08.27	有效期至	2029.08.26	检验日期	2024.08.28
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.08.28
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	黑点 $\leq 0.2\text{mm}$ , 同侧面黑点 $\leq 2$ 个			符合规定
		无油污、无异色			符合规定
		无裂痕/拉伤、无划伤			符合规定
		无色差、无气泡/穿孔			符合规定
		无缩水/变形、无缺料			符合规定
		浇口/毛刺 $\leq 0.3\text{mm}$			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
3	密封试验	抽空 $-70\text{kpa} \sim -90\text{Kpa}$ , 3分钟不渗漏			符合规定
4	包装规格	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
5	RNase 实验	《RNase 污染检测规范书》			符合规定
6	DNase 实验	《DNase 污染检测规范书》			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人: 王军	日期: 2024.08.28	确认人: 汤磊	日期: 2024.08.28
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					