

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

| 产品名称 | 微量离心管, 1.5ml, 锥形底, 棕色 | | | 产品货号 | GC01-0015B |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------|------------|
| 包装规格 | 500 个/袋, 10 袋/箱 | | | 生产批号 | 240813013 |
| 生产日期 | 2024.08.13 | 有效期至 | 2029.08.12 | 检验日期 | 2024.08.14 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2024.08.15 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 |
| 1 | 外观 | 黑点、气泡、拉痕等 | | | 符合规定 |
| 2 | 尺寸 | 符合图纸规格 | | | 符合规定 |
| 3 | 印刷 | 印刷内容正确、清晰, 无缺墨、重影 | | | 符合规定 |
| | | 印刷牢固, 3M 胶带粘贴 3 次无脱墨 | | | 符合规定 |
| 4 | 亲水性 | TC 处理后, 测量接触角 | | | N/A |
| 5 | 离心力 | 符合 SIP 规定离心力值 | | | 符合规定 |
| 6 | 密封性测试 | 抽真空 -30kpa ~ -29kpa, 3 分钟不渗漏 | | | 符合规定 |
| 7 | 包装 | 包材、数量正确, 包装完好 | | | 符合规定 |
| 8 | 内毒素检测 | 《细菌内毒素检验规范》 | | | 符合规定 |
| 9 | Rnase 检测 | 《核酸酶检验规范》 | | | 符合规定 |
| 10 | Dnase 检测 | 《核酸酶检验规范》 | | | 符合规定 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 检验结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | | 检验人: | 质检专用章 王军 | 确认人: | 汤磊 |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | | | | |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | 日期: | 2024.08.15 | 日期: | 2024.08.15 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |