

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	样品管, 2.0ml, 可立, 带瓶盖, 无色	产品货号	GY01-0020		
包装规格	100支/袋, 10袋/箱	生产批号	240930023		
生产日期	2024.09.30	有效期至	2029.09.29	检验日期	2024.10.08
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.10.09
序号	检验项目	标准规定	检验结果		
1	外观	表面不可有飞边、黑点、气泡、划痕、波浪纹等异常缺陷	符合规定		
2	配合性能	管体、管盖配合程度良好无卡顿、无滑丝过扭	符合规定		
		垫圈与管盖、管体配合良好	符合规定		
3	泄漏测试	加入液体（水）倒置静置1小时, 无漏液	符合规定		
4	密封性能	-0.06Mpa 状态下10min, 无漏液变形	符合规定		
5	离心测试	14000Rcf, 离心20min, 不可有开裂、损坏、泄露等	符合规定		
6	冷冻性能	经-20℃, 24小时测试后, 不可有开裂、损坏、泄露等	符合规定		
7	包装	包材、数量正确, 包装完好	符合规定		
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房A栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2024.10.09	日期:	2024.10.09
http://www.genever-bio.com					