

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	方形培养基瓶, 1000ml, PET, 无菌			产品货号	GH03-1000-01	
包装规格	1个/袋, 24袋/箱			生产批号	202409007	
生产日期	2024.09.12	有效期至	2027.09.11	检验日期	2024.09.14	
检验依据	检验标准操作规程	检验部门	质控部	报告日期	2024.09.29	
序号	检验项目	标准规定			检验结果	
1	外观	瓶身表面光滑, 无划痕或碰伤			符合规定	
		刻度线清晰完整, 无缺失和模糊不清			符合规定	
		瓶口孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定	
		包装袋内无杂物或其他杂质			符合规定	
2	刻度	容量刻度误差范围: $\pm 0.5\text{ml}$			符合规定	
3	透明度	瓶身及瓶盖应光洁, 应无其他杂质, 应能保证清晰的观察到容器内的物质			符合规定	
4	尺寸	应符合图纸中要求			符合规定	
5	包装	外箱整洁, 包装数量准确, 内包装无破损			符合规定	
		标识正确, 清晰, 标签位置符合要求			符合规定	
6	无菌	产品灭菌后, 经检测应为无菌			符合规定	
7	细菌内毒素	内毒素含量检测标准: $< 0.125\text{EU/ml}$			符合规定	
8	极端环境监测	56°C水浴, 30min 瓶体无异样			符合规定	
		-40°C过夜, 瓶体无异样			符合规定	
检验结论		合格 建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章				
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房A栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2024.09.29	日期:	2024.09.29	
固定电话: (+86) 0523-86266686						
http://www.genever-bio.com						