

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

| 产品名称 | 窄口试剂瓶, 8ml, 透明, PP | | | 产品货号 | GE03-0008 |
|----------------------------|--------------------|---|------------|------|------------|
| 包装规格 | 150 个/袋, 10 袋/箱 | | | 生产批号 | 20240816 |
| 生产日期 | 2024.08.16 | 有效期至 | 2029.08.15 | 检验日期 | 2024.08.17 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2024.08.19 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 |
| 1 | 外观 | 黑点 $\leq 0.2\text{mm}$, 同侧面黑点 ≤ 2 个 | | | 符合规定 |
| | | 无油污、无异色 | | | 符合规定 |
| | | 无裂痕/拉伤、无划伤 | | | 符合规定 |
| | | 无色差、无气泡/穿孔 | | | 符合规定 |
| | | 无缩水/变形、无缺料 | | | 符合规定 |
| | | 浇口/毛刺 $\leq 0.3\text{mm}$ | | | 符合规定 |
| 2 | 尺寸 | 应符合图纸中规格 | | | 符合规定 |
| 3 | 密封试验 | 抽空 $-70\text{kpa} \sim -90\text{Kpa}$, 3 分钟不渗漏 | | | 符合规定 |
| 4 | 包装规格 | 包材、数量正确, 包装完好 | | | 符合规定 |
| 检验结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | | 检验人: | 王军 | 确认人: | 汤磊 |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | | | | |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | 日期: | 2024.08.19 | 日期: | 2024.08.19 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |