文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	窄口试剂瓶，15ml，棕色，PP			**产品货号**	GE13-0015
包装规格	120 个/袋，10 袋/箱			**生产批号**	20241016
生产日期	2024.10.16	**有效期至**	2029.10.15	**检验日期**	2024.10.17
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2024.10.18

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	黑点≤0.2mm，同侧面黑点≤2 个	符合规定
		无油污、无异色	符合规定
		无裂痕/拉伤、无划伤	符合规定
		无色差、无气泡/穿孔	符合规定
		无缩水/变形、无缺料	符合规定
		浇口/毛刺≤0.3mm	符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格	符合规定
3	密封试验	抽空-70kpa～-90Kpa，3 分钟不渗漏	符合规定
4	包装规格	包材、数量正确，包装完好	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋

咨询热线：(+86) 400-996-8872

固定电话：(+86) 0523-86266686

http://www.genever-bio.com

检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
日期：	2024.10.18	日期：	2024.10.18

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章