文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	微孔滤膜，水系，混合纤维素 MCE，47mm，0.45um，白底黑格，无菌			**产品货号**	GE-F5024-2S
包装规格	200 片/盒			**生产批号**	241015023
生产日期	2024.10.15	**有效期至**	2027.10.14	**检验日期**	2024.10.16
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2024.10.30

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	直径	47±0.05mm	47.0
2	润湿性	亲水	符合规定
3	最高工作温度（℃）	100	符合规定
4	水泡点	2.3～3.0bar	2.5
4	清洁度等级	无斑点、无杂质	符合规定
5	菌落	经检测应为无菌，应为阴性	符合规定
检验结论		合 格	

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人：	汤 磊
咨询热线：（+86）400-996-8872				
固定电话：（+86）0523-86266686	日期：	2024.10.30	日期：	2024.10.30
http://www.genever-bio.com				