

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		吸头盒，适配 5ml 大口吸头		产品货号		TK5000A			
包装规格		30 个/箱		生产批号		241021001			
生产日期		2024. 10. 21	有效期至	2029. 10. 20	检验日期	2024. 10. 22			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 10. 23			
序号	检验项目	标准规定			检验结果				
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定				
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定				
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺			符合规定				
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定				
		无变形			符合规定				
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		江苏万为生物技术(江苏)有限公司 质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 10. 23		日期：		2024. 10. 23	
http://www.genever-bio.com									