

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		PCR 八联管, 0.2ml, 白色, 含平盖		产品货号		PCR-0208W-F			
包装规格		125 个/盒, 10 盒/箱		生产批号		241108022			
生产日期		2024. 11. 08	有效期至	2029. 11. 07	检验日期	2024. 11. 09			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 11. 10			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定			
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡				符合规定			
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺				符合规定			
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形				符合规定			
		密封效果良好				符合规定			
3	容量	0. 2ml ± 0. 01				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验:		王 军		确认:		汤 磊	
咨询热线: (+86) 400-996-8872									
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:		2024. 11. 10		日期:		2024. 11. 10	
http://www.genever-bio.com									