

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	广口试剂瓶, 60ml, 棕色, PP			产品货号	GE11-0060
包装规格	100 个/袋, 10 袋/箱			生产批号	20240322
生产日期	2024.03.22	有效期至	2029.03.21	检验日期	2024.03.23
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024.03.24
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	黑点≤0.2mm ² , 同侧面黑点≤2 个			符合规定
		无油污, 无异色			符合规定
		无裂痕/拉伤, 无划伤			符合规定
		无色差、无气泡/穿孔			符合规定
		无缩水/变形, 无缺料			符合规定
		浇口/毛刺≤0.3mm			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
3	密封试验	抽空-70kpa~-90Kpa, 3 分钟不渗漏			符合规定
4	包装规格	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
5	RNase 实验	《RNase 污染检测规范书》			符合规定
6	DNase 实验	《DNase 污染检测规范书》			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人:	王军	确认人:
咨询热线: (+86) 400-996-8872					汤磊
固定电话: (+86) 0523-86266686			日期:	2024.03.24	日期:
http://www.genever-bio.com					2024.03.24