

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		巴氏吸管，5ml，独立包装，无菌		产品货号		GP02-1005			
包装规格		100 支/袋，5 袋/箱		生产批号		241106001			
生产日期		2024. 11. 06	有效期至	2027. 11. 05	检验日期	2024. 11. 08			
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 11. 09			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差				符合规定			
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡				符合规定			
		容量孔不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定			
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象				符合规定			
		无变形				符合规定			
3	无菌保证等级（SAL）	10 ⁻⁴				符合规定			
4	容量	3ml ± 0. 1				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872									
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：		2024. 11. 09		日期：		2024. 11. 09	
http://www.genever-bio.com									