

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		离心管，50ml，锥形底，袋装，无菌，离心力 12000g		产品货号		GC01-1500	
包装规格		25 个/袋，20 袋/箱		生产批号		241118005	
生产日期		2024. 11. 18	有效期至	2027. 11. 17	检验日期	2024. 11. 20	
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2024. 12. 04	
序号	检验项目	标准规定			检验结果		
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定		
		表面应光洁、平整，无明显擦痕、油污、气泡			符合规定		
		管口不得有砂眼，周边不得有毛刺			符合规定		
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定		
		无变形			符合规定		
3	亲水性	TC 处理后，测量接触角			N/A		
4	包装	包材、数量正确，包装完好			符合规定		
5	灭菌	辐照标签呈红色，有《辐照证明》			符合规定		
6	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合规定		
7	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》			符合规定		
8	Rnase 检测	《核酸酶检验规范》			符合规定		
9	Dnase 检测	《核酸酶检验规范》			符合规定		
检验结论		合格					
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：	质检专用章 王 军	确认人：	汤 磊		
咨询热线：(+86) 400-996-8872							
固定电话：(+86) 0523-86266686		日期：	2024. 12. 04	日期：	2024. 12. 04		
http://www.genever-bio.com							