

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	针式过滤器, 尼龙 66, 25mm, 0.22um, 绿色	产品货号	GA01-2502	
包装规格	100 个/盒	生产批号	221027017	
生产日期	2022. 10. 27	有效期至	2027. 10. 26	检验日期
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期
				2022. 10. 29
序号	检验项目	标准规定		检验结果
1	过滤面积	0.8 cm ²		符合规定
2	Holdup 体积 (ul)	15 ul		符合规定
3	润湿性	亲水性的		符合规定
4	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口		符合规定
5	最高使用温度 (°C)	100		符合规定
6	在 23°C 的起泡点	2.75-3.25bar		符合规定
7	燃烧压力	15bar		符合规定
8	清洁度水平	无斑点, 无杂质		符合规定
9	完整性测试	压力下无泄漏		符合规定
10	外观	没有闪光, 没有变形, 没有可见的斑点		符合规定
11	包装	打印效果好, 包装完整无破损		符合规定
检验结论		合格		
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 咨询热线: (+86) 400-996-8872 固定电话: (+86) 0523-86266686 http://www.genever-bio.com		检验人:		确认人:
		日期:		2022. 10. 29
			张相平	2022. 10. 29