

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		细胞筛网，70um，200 目，独立包装，无菌		产品货号		CS04-0070				
包装规格		1 个/袋，50 袋/箱		生产批号		231201001				
生产日期		2023. 12. 02	有效期至	2026. 12. 01	检验日期	2023. 12. 04				
检验依据		检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023. 12. 19				
序号	检验项目	标准规定				检验结果				
1	外观	边框注塑牢固				符合规定				
		边框表面光洁无塑料飞边，光滑平整				符合规定				
		滤器无缺失、无黑点				符合规定				
		包装袋内无杂物或其他杂质				符合规定				
2	尺寸	应符合图纸中规格				符合规定				
3	性能	流速正常，表面张力低				符合规定				
4	包装	外箱整洁，包装数量准确，内包装无破损				符合规定				
		标识正确，清晰，标签位置符合要求				符合规定				
5	无菌	灭菌后产品经检测应为无菌				符合规定				
检验结论		合格								
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋			检验人： 质检专用章 王 军		确认人：		汤 磊			
咨询热线：(+86) 400-996-8872										
固定电话：(+86) 0523-86266686			日期：		2023. 12. 19		日期：		2023. 12. 19	
http://www.genever-bio.com										