

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	针式过滤器, 水系 PES, 33mm, 0.45um, 蓝色			产品货号	GA01-3306
包装规格	100 个/盒			生产批号	221027019
生产日期	2022.10.27	有效期至	2027.10.26	检验日期	2022.10.28
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2022.10.29
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	过滤面积	0.8 cm <sup>2</sup>			符合规定
2	Holdup 体积 (ul)	15 ul			符合规定
3	润湿性	亲水性的			符合规定
4	进口/出口	母鲁尔锁口/公鲁尔滑口			符合规定
5	最高使用温度 (°C)	100			符合规定
6	在 23°C 的起泡点	2.75-3.25bar			符合规定
7	燃烧压力	15bar			符合规定
8	清洁度水平	无斑点, 无杂质			符合规定
9	完整性测试	压力下无泄漏			符合规定
10	外观	没有闪光, 没有变形, 没有可见的斑点			符合规定
11	包装	打印效果好, 包装完整无破损			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王欣新	确认人:	张相平
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2022.10.29	日期:	2022.10.29
http://www.genever-bio.com					