

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

| 产品名称                       | 针式过滤器, PVDF, 13mm, 0.22um, 粉色 |                     |             | 产品货号 | GA01-1308  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------|------------|
| 包装规格                       | 100 个/盒                       |                     |             | 生产批号 | 240108004  |
| 生产日期                       | 2024.01.08                    | 有效期至                | 2029.01.07  | 检验日期 | 2024.01.09 |
| 检验依据                       | 检验标准指导书 SIP                   | 检验部门                | 质控部         | 报告日期 | 2024.01.10 |
| 序号                         | 检验项目                          | 标准规定                |             |      | 检验结果       |
| 1                          | 过滤面积                          | 0.8 cm <sup>2</sup> |             |      | 符合规定       |
| 2                          | Holdup 体积 (ul)                | 15 ul               |             |      | 符合规定       |
| 3                          | 润湿性                           | 亲水性的                |             |      | 符合规定       |
| 4                          | 进口/出口                         | 母鲁尔锁口/公鲁尔滑口         |             |      | 符合规定       |
| 5                          | 最高使用温度 (°C)                   | 100                 |             |      | 符合规定       |
| 6                          | 在 23°C 的起泡点                   | 2.75-3.25bar        |             |      | 符合规定       |
| 7                          | 燃烧压力                          | 15bar               |             |      | 符合规定       |
| 8                          | 清洁度水平                         | 无斑点, 无杂质            |             |      | 符合规定       |
| 9                          | 完整性测试                         | 压力下无泄漏              |             |      | 符合规定       |
| 10                         | 外观                            | 无闪光、变形、可见的斑点        |             |      | 符合规定       |
| 11                         | 包装                            | 打印效果好, 包装完整无破损      |             |      | 符合规定       |
|                            |                               |                     |             |      |            |
|                            |                               |                     |             |      |            |
|                            |                               |                     |             |      |            |
| 检验结论                       |                               | 合格                  |             |      |            |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋    |                               | 检验人:                | 质检专用章<br>王军 | 确认人: | 汤磊         |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872   |                               |                     |             |      |            |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686  |                               | 日期:                 | 2024.01.10  | 日期:  | 2024.01.10 |
| http://www.genever-bio.com |                               |                     |             |      |            |