

文件编号: JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称		方形培养基瓶，500ml，PET，无菌		产品货号		GH03-0500-01			
包装规格		1 个/袋，48 袋/箱		生产批号		202412003			
生产日期		2024. 12. 05	有效期至	2027. 12. 04	检验日期	2024. 12. 07			
检验依据		检验标准操作规程	检验部门	质控部	报告日期	2024. 12. 21			
序号	检验项目	标准规定				检验结果			
1	外观	瓶身表面光滑，无划痕或碰伤				符合规定			
		刻度线清晰完整，无缺失和模糊不清				符合规定			
		瓶口孔不得有砂眼，周边不得有毛刺				符合规定			
		包装袋内无杂物或其他杂质				符合规定			
2	刻度	容量刻度误差范围：±0.5ml				符合规定			
3	透明度	瓶身及瓶盖应光洁，应无其他杂质，应能保证清晰的观察到容器内的物质				符合规定			
4	尺寸	应符合图纸中要求				符合规定			
5	包装	外箱整洁，包装数量准确，内包装无破损				符合规定			
		标识正确，清晰，标签位置符合要求				符合规定			
6	无菌	产品灭菌后经检测应为无菌				符合规定			
7	细菌内毒素	内毒素含量检测标准：<0.125EU/ml				符合规定			
8	极端环境监测	56℃水浴，30min 瓶体无异样				符合规定			
		- 40℃过夜，瓶体无异样				符合规定			
检验结论		合格							
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人：		王 军		确认人：		汤 磊	
咨询热线：(+86) 400-996-8872		日期：		2024. 12. 21		日期：		2024. 12. 21	
固定电话：(+86) 0523-86266686									
http://www.genever-bio.com									