

建诺为生物技术(江苏)有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	黄色吸头, 200u1, 加长, 盒装, 无菌	产品货号	GT02-0200Y		
包装规格	96支/盒, 50盒/箱	生产批号	01008123171		
生产日期	2023.07.05	有效期至	2026.07.04	检验日期	2023.07.07
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.07.22
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差		符合规定	
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡		符合规定	
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺		符合规定	
2	尺寸	应符合图纸中规格		符合规定	
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象		符合规定	
		无变形		符合规定	
4	密封性	与移液设备配套使用, 密封好, 无漏液		符合规定	
5	适配性	与移液设备配套使用, 应有良好的适配性		符合规定	
6	容量	200u1±1		符合规定	
7	菌落	产品灭菌后经检测应为无菌		符合规定	
8	细菌内毒素	细菌内毒素含量检测标准: <0.125 EU/ml		符合规定	
检验结论		合格 质检专用章			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2023.07.22	日期:	2023.07.22
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					