

建诺为生物技术(江苏)有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	低吸附吸头, 1000ul, 加长, 盒装, 无菌			产品货号	GT06-1000
包装规格	96支/盒, 50盒/箱			生产批号	202311016
生产日期	2023.11.15	有效期至	2026.11.14	检验日期	2023.11.17
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2023.12.02
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	尺寸	应符合图纸中规格			符合规定
3	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
4	密封性	与移液设备配套使用, 密封好, 无漏液			符合规定
5	适配性	与移液设备配套使用, 应有良好的适配性			符合规定
6	容量	1ml±1			符合规定
7	菌落	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
8	细菌内毒素	细菌内毒素含量检测标准: <0.125 EU/ml			符合规定
检验结论		合格 质检专用章			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房A栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872		日期:	2023.12.02	日期:	2023.12.02
固定电话: (+86) 0523-86266686					
http://www.genever-bio.com					