

建诺为生物技术(江苏)有限公司
产品质量检验报告

| 产品名称 | 透明吸头, 10ul, 加长, 盒装, 无菌 | | | 产品货号 | GT02-0010 |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------|-------------|
| 包装规格 | 96支/盒, 50盒/箱 | | | 生产批号 | 01007823244 |
| 生产日期 | 2023.08.04 | 有效期至 | 2026.08.03 | 检验日期 | 2023.08.06 |
| 检验依据 | 检验标准指导书 SIP | 检验部门 | 质控部 | 报告日期 | 2023.08.21 |
| 序号 | 检验项目 | 标准规定 | | | 检验结果 |
| 1 | 外观 | 色泽均匀一致、透明、无明显色差 | | | 符合规定 |
| | | 表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡 | | | 符合规定 |
| | | 容量孔不得有砂眼, 周边不得有毛刺 | | | 符合规定 |
| 2 | 尺寸 | 应符合图纸中规格 | | | 符合规定 |
| 3 | 结构 | 不可有缺料、多料、断裂等现象 | | | 符合规定 |
| | | 无变形 | | | 符合规定 |
| 4 | 密封性 | 与移液设备配套使用, 密封好, 无漏液 | | | 符合规定 |
| 5 | 适配性 | 与移液设备配套使用, 应有良好的适配性 | | | 符合规定 |
| 6 | 容量 | 10ul ± 1 | | | 符合规定 |
| 7 | 菌落 | 产品灭菌后经检测应为无菌 | | | 符合规定 |
| 8 | 细菌内毒素 | 细菌内毒素含量检测标准: <0.125 EU/ml | | | 符合规定 |
| 检验结论 | | 合格 | | | |
| 江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋 | | 检验人: | 王军 | 确认人: | 汤磊 |
| 咨询热线: (+86) 400-996-8872 | | | | | |
| 固定电话: (+86) 0523-86266686 | | 日期: | 2023.08.21 | 日期: | 2023.08.21 |
| http://www.genever-bio.com | | | | | |