

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	PVDF 膜, 0.22 μ m, 100*100mm			产品货号	GA06-P2211
包装规格	25 片/盒			生产批号	334022210
生产日期	2025.02.25	有效期至	2028.02.24	检验日期	2025.02.26
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.02.27
序号	检验项目	标准规定		检验结果	
1	膜材质	PVDF		符合规定	
2	孔径 (μ m)	0.22		符合规定	
3	尺寸 (mm)	100*100		符合规定	
4	润湿性	Hydrophobic		符合规定	
5	厚度 (μ m)	173-196		符合规定	
6	BSA 蛋白吸附 (μ g/cm ²)	\geq 260		符合规定	
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2025.02.27	日期:	2025.02.27
http://www.genever-bio.com					