

建诺为生物技术（江苏）有限公司
产品质量检验报告

产品名称	PVDF 膜, 0.22um, 270*3750mm			产品货号	GA06-P2223
包装规格	1 卷/盒			生产批号	334020270
生产日期	2025.02.25	有效期至	2028.02.24	检验日期	2025.02.26
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.02.27
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	膜材质	PVDF			符合规定
2	孔径 (um)	0.22			符合规定
3	尺寸 (mm)	270*3750			符合规定
4	润湿性	Hydrophobic			符合规定
5	厚度 (um)	169-186			符合规定
6	BSA 蛋白吸附 (ug/cm ²)	≥260			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2025.02.27	日期:	2025.02.27
http://www.genever-bio.com					