

建诺为生物技术（江苏）有限公司  
产品质量检验报告

产品名称	离心管, 15ml, 锥形底, 架装, 无菌			产品货号	GC01-1151
包装规格	25 个/袋, 20 袋/箱			生产批号	250304001
生产日期	2025.03.04	有效期至	2028.03.03	检验日期	2025.03.06
检验依据	检验标准指导书 SIP	检验部门	质控部	报告日期	2025.03.21
序号	检验项目	标准规定			检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差			符合规定
		表面应光洁、平整, 无明显擦痕、油污、气泡			符合规定
		管口不得有砂眼, 周边不得有毛刺			符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象			符合规定
		无变形			符合规定
3	亲水性	TC 处理后, 测量接触角			N/A
4	包装	包材、数量正确, 包装完好			符合规定
5	细胞培养检测	《细胞培养类产品性能检验规范》			符合规定
6	无菌检测	产品灭菌后经检测应为无菌			符合规定
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》			符合规定
8	核酸酶检测	《核酸酶检验规范》			符合规定
检验结论		合格			
江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋		检验人:	质检专用章 王军	确认人:	汤磊
咨询热线: (+86) 400-996-8872					
固定电话: (+86) 0523-86266686		日期:	2025.03.21	日期:	2025.03.21
http://www.genever-bio.com					