文件编号：JNW-QD-QR-5002

建诺为生物技术（江苏）有限公司

产品质量检验报告

产品名称	试剂槽，50ml，白色，独立包装，无菌			**产品货号**	GP02-2001
包装规格	1 个/袋，100 袋/箱			**生产批号**	202503002
生产日期	2025.03.11	**有效期至**	2028.03.10	**检验日期**	2025.03.13
检验依据	检验标准指导书 SIP	**检验部门**	质控部	**报告日期**	2025.03.28

序号	检验项目	标准规定	检验结果
1	外观	色泽均匀一致、透明、无明显色差	符合规定
		表面应光洁、平整	符合规定
		槽口不得有砂眼，周边不得有毛刺	符合规定
		无杂质、气泡等	符合规定
		无油污、脏污，无头发等杂物附着	符合规定
2	结构	不可有缺料、多料、断裂等现象	符合规定
		无变形	符合规定
3	容量	50ml±1	符合规定
4	机理环境	无菌，无酶，无热原	符合规定
检验结论		合 格	

建诺为生物技术（江苏）有限公司 质检专用章

江苏省泰州市综合保税区三期三号标准厂房 A 栋	检验人：	王 军	确认人： 汤 磊
咨询热线：(+86) 400-996-8872			
固定电话：(+86) 0523-86266686	日期：	2025.03.28	日期： 2025.03.28
http://www.genever-bio.com			